

Krav til kvalitetssikring, operatør og øjenklinik
i forbindelse med
grå stær operationer i speciallægepraksis.

Indledning:

I forbindelse med udlægning af grå stær operationer til speciallægepraksis er der udfærdiget nedenstående krav til kvalitetssikring samt krav til såvel operatør som klinikken. Kravene har været sendt i høring hos det Oftalmologiske Specialeråd i Region Syddanmark.

Kvalitetskrav:

Alle grå stær operatører bør foretage mindst 300 grå stær operationer årligt med henblik på opretholdelse af rutine og udviklingspotentiale.

Den praktiserende øjenlæge, der tiltræder aftalen, skal selv forestå operationerne i egen klinik.

Praktiserende øjenlæger der indgår aftale med Region Syddanmark skal dokumentere tilfredsstillende kvalifikationer vedrørende operationer for grå stær. Der skal fremsendes en redegørelse for den operative uddannelse/erfaring på grå stær området vedlagt dokumentation for udførte grå stær operationer.

Det kræves, at øjenlægen har god rutine i at udføre grå stær operationer.

Operationsfaciliteter:

- Klinikken skal indeholde separat operationsstue indrettet og udstyret med henblik på øjenoperationer under sterile forhold. Der skal anvendes sædvanlig steril operationsteknik - dvs. brug af operationshue, steril kittel og sterile handsker, ligesom der skal foretages afvaskning af øjet og øjenomgivelser med Povidone jodid.
- Klinikkens fakoapparat skal være <10 år gammelt.
- Dokumentation for afholdt teknisk kontrol af fakoapparatet <2 år.
- Dokumentation for at der er foretaget sporeprøver fra autoklaveringsudstyret inden for de sidste 6 måneder.
- Instrumenter skal rengøres og autoklaveres efter givne standarder.
- Klinikken skal have udstyr til primær hjertestopbehandling i form af: ventilationsudstyr (Rubens ballon), ilt, sug, blodtryksapparat, tungeholder, hjertebræt samt Adrenalin. Endvidere bør man have automatisk hjertestarter/defibrillator i klinikken.
- Klinikken skal have udstyr til fakoapparat-baseret anterior vitrektomi således at operatøren selv umiddelbart kan klare komplikationer i forreste øjenafsnit.
- Der skal foreligge beskrivelse af operationsstuens peroperative bemanning.
- Klinikken skal have automatisk nødstrømsanlæg.

Ikke-lægeligt personale.

- Der skal foreligge beskrivelse af klinikkens ikke-lægefaglige personale (uddannelse, erfaring og antal).

Materialer og varer i øvrigt.

- Der skal anvendes intraokulære øjenlinser, der opfylder samme kravspecifikationer som på de offentlige hospitalsbaserede øjenklinikker – skal dokumenteres.
- Der ske anvendelse af viskoelastica til øjenoperationer, der opfylder samme kravspecifikationer som på de offentlige hospitalsbaserede øjenklinikker - skal dokumenteres.

Andre forhold:

- Klinikken skal overfor udbyder beskrive standardpatientforløb med grå stær behandling.
- Klinikken skal afgive såvel mundtlig som skriftlig information til patienten om grå stær behandling.
- Klinikken skal fremsende et eksemplar af sin skriftlige information til udbyder.
- Klinikken skal have en procedure som sikrer nyopererede patienter en faglig kontaktmulighed uden for normal åbningstid ved akutte postoperative gener.
- Klinikken skal have en procedure, som sikrer at patienter med alvorlige komplikationer akut kan indlægges i hospitalsregi.
- Operationerne skal af hensyn til patienterne udføres mellem kl. 07.00-21.00.
- Operationsindikationer skal følge Dansk Oftalmologisk Selskab's vejledning om indikationer for grå stær operationer.