

Bilag til pkt. 3

Oversigt over resultaterne i LKO's årsrapport 2025

Det biokemiske område

OUH Svendborg

	2024	2025
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om ≤ 10 godkendte parallelkontroller årligt*	88 %	24 %
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om at indsende seks godkendte CRP-kontroller > 15 mg/L	17 %	7 %
Antal handleplansbreve vedr. kvalitetssvigt	3	2
Antal handleplansbreve vedr. deltagelsessvigt	46	59
Antal handleplansbreve vedr. CRP	-	1

*i 2024 blev kravet angivet som 12 godkendte parallelkontroller årligt i stedet for ≤ 10

OUH Odense

	2024	2025
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om ≤ 10 godkendte parallelkontroller årligt*	12 %	4 %
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om at indsende seks godkendte CRP-kontroller > 15 mg/L	8 %	5 %
Antal handleplansbreve vedr. kvalitetssvigt	14	15
Antal handleplansbreve vedr. deltagelsessvigt	68	44
Antal handleplansbreve vedr. CRP	-	7

Sygehus Lillebælt Kolding

	2024	2025
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om ≤ 10 godkendte parallelkontroller årligt*	37 %	3 %
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om at indsende seks godkendte CRP-kontroller > 15 mg/L	51 %	17 %
Antal handleplansbreve vedr. kvalitetssvigt	2	15
Antal handleplansbreve vedr. deltagelsessvigt	24	75
Antal handleplansbreve vedr. CRP	11	14

*i 2024 blev kravet angivet som 12 godkendte parallelkontroller årligt i stedet for ≤ 10

Sygehus Lillebælt Vejle

	2024	2025
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om ≤ 10 godkendte parallelkontroller årligt	18 %	4 %
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om at indsende seks godkendte CRP-kontroller > 15 mg/L	25 %	4 %
Antal handleplansbreve vedr. kvalitetssvigt	10	9
Antal handleplansbreve vedr. deltagelsessvigt	31	41
Antal handleplansbreve vedr. CRP	0	1

*i 2024 blev kravet angivet som 12 godkendte parallelkontroller årligt i stedet for ≤ 10

Sygehus Sønderjylland

	2024	2025
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om ≤ 10 godkendte parallelkontroller årligt	18 %	4 %
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om at indsende seks godkendte CRP-kontroller > 15 mg/L	18 %	4 %
Antal handleplansbreve vedr. kvalitetssvigt	10	9
Antal handleplansbreve vedr. deltagelsessvigt	31	41
Antal handleplansbreve vedr. CRP	0	1

*i 2024 blev kravet angivet som 12 godkendte parallelkontroller årligt i stedet for ≤10

Esbjerg og Grindsted Sygehus

	2024	2025
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om ≤ 10 godkendte parallelkontroller årligt	0 %	0 %
Andel praksis som ikke har opfyldt kravet om at indsende seks godkendte CRP-kontroller > 15 mg/L	0 %	5 %
Antal handleplansbreve vedr. kvalitetssvigt	2	0
Antal handleplansbreve vedr. deltagelsessvigt	0	0
Antal handleplansbreve vedr. CRP	22	3

*i 2024 blev kravet angivet som 12 godkendte parallelkontroller årligt i stedet for ≤10

Det mikrobiologiske område

Sygehus Sønderjylland

	2024*	2025
Andel praksis som ikke opfylder kvalitetskrav	-	11 %
Andel praksis som ikke opfylder deltagelseskrav	-	0 %
Antal handleplansbreve vedr. kvalitetssvigt	-	5
Antal handleplansbreve vedr. deltagelsessvigt	-	0

*Foreligger ikke

OUH

	2024	2025
Andel praksis som ikke opfylder kvalitetskrav	23 %	11 %
Andel praksis som ikke opfylder deltagelseskrav	0 %	0 %
Antal handleplansbreve vedr. kvalitetssvigt	23	12
Antal handleplansbreve vedr. deltagelsessvigt	0	2

Sygehus Lillebælt

	2024	2025
Andel praksis som ikke opfylder kvalitetskrav	2 %	7 %
Andel praksis som ikke opfylder deltagelseskrav	0 %	0 %
Antal handleplansbreve vedr. kvalitetssvigt	1	4
Antal handleplansbreve vedr. deltagelsessvigt	0	0

Esbjerg og Grindsted Sygehus

	2024	2025
--	------	------

Andel praksis som ikke opfylder kvalitetskrav	2 %	10 %
Andel praksis som ikke opfylder deltagelseskrav	4 %	8 %
Antal handleplansbreve vedr. kvalitetssvigt	3	6
Antal handleplansbreve vedr. deltagessvigt	0	3

Afdeling: Praksis
Journal nr.: 26/11544
Dato: 13. marts 2026

Udarbejdet af: Sekretariat for LKO-styregruppe
E-mail: ekm@rsyd.dk
Telefon: 3057 1084

Årlig afrapportering fra Laboratoriekonsulentordningen i Region Syddanmark for 2025

Denne årlige afrapportering fra Laboratoriekonsulentordningen (LKO) i Region Syddanmark er udarbejdet efter beslutning fra LKO-styregruppen på møde i marts 2025. Formålet er at klarlægge den årlige aktivitet i ordningen, herunder identificere eventuelle fokusområder, der giver anledning til ændringer eller justeringer i ordningen.

Den årlige afrapportering indeholder følgende:

1. En statistikopgørelse over aktiviteten for hhv. det biokemiske- og det mikrobiologiske område for 2025
2. En oversigt over antallet af almenmedicinske klinikker, der er indberettet for kvalitets- og/eller deltagelsessvigt i 2025

Afrapporteringen forelægges Styregruppen for Laboratoriekonsulentordningen samt Samarbejdsudvalget om almen praksis.

Statistikopgørelse for 2025 – det biokemiske område

Det biokemiske område indeholder følgende fem ydelser, som Laboratoriekonsulentordningen (LKO) kvalitetssikrer; (1) Hæmoglobin, (2) Glucose, (3) CRP, (4) INR og (5) Leucocyter.

De biokemiske afdelinger i Region Syddanmark fordeler sig således:

- Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus
- Odense Universitetshospital - Odense
- Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus
- Sygehus Lillebælt – Kolding Sygehus
- Esbjerg Grindsted Sygehus
- Sygehus Sønderjylland – Sønderborg Sygehus

I det følgende beskrives resultaterne fra årsopgørelsen fordelt efter disse afdelinger samt ud fra en samlet opgørelse for hele regionen. Resultaterne sammenholdes med resultaterne i 2024.

Alle data er baseret på LKO-afdelingernes egne afrapporteringer. LKO-afdelingernes statistikopgørelser for 2025 fremgår i sin helhed sidst i rapporten.

Tilmelding til Laboratorieordningen


For at praktiserende læger i Region Syddanmark kan udføre prøveanalyser omfattet af LKO i egen praksis, skal de være tilmeldt LKO. Det følger af den gældende Overenskomst om almen praksis § 81.

I 2025 er der i alt 324 almenmedicinske klinikker tilmeldt LKO. 14 klinikker har afregnet biokemiske LKO-ydelser uden at være tilmeldt ordningen. Til sammenligning var der 333 tilmeldte klinikker i 2024 og 25 klinikker, som havde afregnet LKO-ydelser uden at være tilmeldt.

Afregning af LKO-ydelser uden tilmelding er muligt, da der ikke kan opsættes en validering af, om de klinikker der afregner LKO-ydelser er tilmeldt ordningen. I stedet føres der kontrol for dette minimum én gang årligt, hvor de enkelte LKO-afdelinger sammenholder et udtræk over de almenmedicinske klinikkers ydelsesafregning det pågældende år, med de klinikker de kvalitetssikrer.

En oversigt over antallet af tilmeldte klinikker samt klinikker der har afregnet LKO-ydelser uden tilmelding i 2025 fremgår af følgende graf 1.

Graf 1: Oversigt over antal tilmeldte klinikker samt klinikker der har afregnet LKO-ydelser uden tilmelding i 2025 fordelt efter LKO-afdeling



Af de 14 klinikker, som har afregnet ydelser uden at være tilmeldt ordningen, gælder følgende fordeling i typen af LKO-ydelser:

Tabel 2: Afregnede ydelser uden tilmelding til LKO

INR	Hæmoglobin	Glucose	Leucocytter
4	2	7	2


Kvalitetssikring af de almenmedicinske klinikkers apparatur

De almenmedicinske klinikker skal foretage parallelanalyser 12 gange årligt per apparat i deres klinik. Såfremt en klinik indsender færre end 10 parallelanalyser per apparat per år med et tilfredsstillende analyseresultat¹, opfylder klinikken ikke kvalitetskravene til den pågældende ydelse.

Antallet af apparater, heraf apparater som ikke opfylder kvalitetskravene, fremgår af følgende graf 2.

¹ Vurderes ud fra publikationen fra Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Taktnævn; *Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 og Del 2.*

Graf 2: Kvalitetssikring af apparater i almen praksis



Andelen af apparater i de almenmedicinske klinikker i Region Syddanmark, hvor der er indsendt færre end 10 godkendte parallelkontroller i 2024 og 2025, fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Andelen af antal apparater, hvor klinikker ikke har opfyldt kvalitetskravet til den pågældende ydelse i 2024 og 2025

	Hæmoglobin	Glucose	CRP	INR	Leukocytter	Andel klinikker
Andel af apparater, som ikke opfylder kvalitetskravene i 2024	15%	17%	13%	16%	12%	30%
Andel af apparater, som ikke opfylder kvalitetskravene i 2025	1%	5%	2%	3%	2%	7%

Andelen af apparater i almen praksis, som ikke opfylder kvalitetskravene fra 2024 til 2025 er dermed reduceret betydeligt. Det samme gælder andelen af klinikker, der har apparatur, hvor kvalitetskravene ikke er opfyldt. Både i 2024 og 2025 er andelen af Glucose-apparater de apparater, hvor færrest opfylder kvalitetskravene.

Det bemærkes, at Esbjerg-Grindsted sygehus ikke havde nogen klinikker i 2025, som havde indsendt færre end 10 godkendte parallelkontroller for deres apparatur. Det samme var gældende i 2024. OUH – Svendborg var den LKO-afdeling i 2025, der havde den højeste andel af klinikker, som havde apparatur, hvor kravet om 10 indsendte parallelkontroller ikke var opfyldt. Andelen var på 24%. Det samme var gældende i 2024, hvor andelen var 88 %

Antallet af CRP-apparater, som ikke opfyldte kravet om indsendelse af mindst 6 godkendte CRP-parallelkontroller over 15 mg/L per år i 2025 var følgende:

Tabel 4: Antal CRP-apparater, som ikke opfylder kravet til ydelsen om 6 CRP over 15 mg/L pr. år

	Andel CRP-apparater der ikke opfylder kravet	Andel klinikker der ikke opfyldte kravet
Svendborg	6%	7%
Odense	3%	5%
Sønderborg	3%	5%
Esbjerg-Grindsted	6%	5%
Kolding	9 %	17%
Vejle	2%	5%
I alt	5 %	7%

I alt var der 5 % af CRP-apparaterne i 2025, hvor kravet om indsendelse af 6 CRP over 15 mg/L per år ikke var opfyldt. I 2024 var tallet 18 %. Herunder var der 7 % af klinikkerne, som ikke opfyldt kravet i 2025. I 2024 var tallet 19 %.

I 2025 har Sygehus Lillebælt – Kolding den højeste andel af almenmedicinske klinikker i deres optageområde, som ikke opfylder kravet til CRP-ydelsen. Det samme gjaldt i 2024 hvor 51 % af klinikkerne i deres optageområde, havde mindst ét CRP-apparat, hvor kravet ikke var opfyldt.

Kvalitets- og deltagelsessviigt

LKO stiller krav til både kvaliteten af ydelserne under LKO samt deltagelse i ordningen. Som tidligere nævnt opfylder en klinik ikke kvalitetskravene til en biokemisk LKO-ydelse, såfremt de indsender færre end 10 parallelkontroller per apparat per år af tilfredsstillende resultat.

For at opfylde kravene til deltagelse skal klinikken indsende mindst 10 parallelkontroller per apparat per år.

Følgende tabel 5 viser antallet af parallelkontroller, som ikke opfylder kvalitetskravene til de pågældende ydelser

Tabel 5: Antal parallelkontroller, som ikke opfylder kvalitetskrav i 2024 og 2025

	Antal ikke tilfredsstillende parallelkontroller i 2024	Antal ikke tilfredsstillende parallelkontroller i 2025
Hæmoglobin	121	134
Glucose	252	316
CRP	78	97
INR	44	33
Leukocytter	30	31
Antal praksis	207	217
Andel praksis	62%	67%

Det vil sige, at over halvdelen af de almenmedicinske klinikker i regionen (67 %) har sendt mindst én parallelkontrol, som ikke opfylder kvalitetskravene. I 2024 var det 62% og andelen er således stigende.

LKO udsender handleplansbreve til de almenmedicinske klinikker, såfremt klinikken ikke opfylder kravene til hhv. kvalitet og deltagelse.

Ved et kvalitetssvigt kontakter LKO den pågældende klinik telefonisk med henblik på fejlfinding og vejledning. Såfremt der efterfølgende fortsat ikke er indsendt en parallelkontrol af tilfredsstillende kvalitet, udsendes handleplansbrev trin 2. Handleplanen afsluttes såfremt de følgende parallelkontroller er af tilfredsstillende kvalitet. Hvis det ikke er tilfældet, udsendes handleplansbrev 3 med orientering om, at den pågældende klinik er indberettet for kvalitetssvigt og skal opfylde en række krav, for at kunne fortsætte med at foretage ydelsen. Der henvises til Forretningsorden for Laboratoriekonsulentordningen, v. 3 for uddybning af dette.

Samme procedure gælder ved deltagelsessvigt, hvor en klinik ikke har indsendt en parallelkontrol, med undtagelse af, at trin 1 er skriftlig i stedet for telefonisk.

Følgende tabel 6 og 7 viser antallet af handleplansbreve sendt til almen praksis i 2025.

Tabel 6: Handleplansbreve udsendt med undtagelse af for CRP

	Handleplansbrev trin 1	Handleplansbrev trin 2	Handleplansbrev trin 3
Antal - kvalitetssvigt	-	39	1
Antal - deltagelsessvigt	278	9	1

Tabel 7: Handleplansbreve for CRP

	Handleplansbrev trin 1	Handleplansbrev trin 2
Antal	16	10

Det bemærkes, at Esbjerg-Grindsted Sygehus som den eneste LKO-afdeling ikke har sendt handleplansbreve i 2025 med undtagelse af for CRP, hvor de har udsendt 3 handleplansbreve – trin 1.

Sammenholdt med 2024 har LKO'erne sendt ét handleplansbrev mere for kvalitetssvigt i 2025. Der er sendt 102 handleplansbreve mere for deltagelsessvigt i 2025 sammenholdt med 2024.

Besøg i praksis

De almenmedicinske klinikker får minimum én gang årligt besøg af deres laboratoriekonsulent. Besøgene er i overvejende grad relateret til det laboratoriemedicinske område, herunder blandt andet kvalitetssikring.

Følgende tabel 8 viser antallet af besøg i 2025 fordelt efter LKO-afdelingerne.

Tabel 8: Oversigt over besøg i almenmedicinske klinikker i 2025

	Antal besøg	Antal praksis
Svendborg	41	41
Odense	94	94
Sønderborg	66	66
Esbjerg-Grindsted	50	55
Kolding	41	41
Vejle	27	27
I alt	319	324

Alle almenmedicinske klinikker har modtaget ét besøg af deres laboratoriekonsulent i 2025, bortset fra fem klinikker i Esbjerg-Grindsted Sygehus' optageområde, som ikke har haft ét besøg. Til sammenligning var der i 2024 16 almenmedicinske klinikker, som ikke havde modtaget besøg af en laboratoriekonsulent.

Statistikopgørelse for 2025 – det mikrobiologiske område

Det mikrobiologiske område indeholder følgende tre ydelser, som Laboratoriekonsulentordningen (LKO) kvalitetssikrer; (1) Urinmikroskopi, (2) Urindyrkning og (3) Urinresistensbestemmelse.

De mikrobiologiske afdelinger i Region Syddanmark fordeler sig således:

- Odense Universitetshospital – Odense
- Sygehus Sønderjylland – Aabenraa
- Sygehus Lillebælt – Vejle
- Esbjerg og Grindsted Sygehus

I det følgende beskrives resultaterne fra årsopgørelsen fordelt efter disse afdelinger samt ud fra en samlet opgørelse for hele regionen.

Det er ikke alle LKO-afdelinger, der har indsendt en statistikopgørelse for mikrobiologi i 2024 og derfor er det ikke muligt at sammenholde statistikopgørelsen fra 2025 med 2024.

Alle data er baseret på afdelingernes egne afrapporteringer. Afdelingernes statistikopgørelser for 2025 fremgår i sin helhed sidst i rapporten.

Tilmelding til Laboratoriekonsulentordningen

Der gælder samme krav for foretagelse af mikrobiologiske ydelser under LKO som for de biokemiske. Klinikkerne skal være tilmeldt Laboratoriekonsulentordningen.

Der er i alt 232 tilmeldte almenmedicinske klinikker i 2. halvår af 2025, hvor 3 har afregnet LKO-ydelser uden at være tilmeldt ordningen:

Tabel 9: Tilmeldte almenmedicinske klinikker i 2025

	Tilmeldte klinikker		Klinikker afregnet LKO-ydelser u. tilmelding	
	1. halvår	2. halvår	1. halvår	2. halvår
Odense	98	94	0	1
Esbjerg-Grindsted	49	48	0	0
Aabenraa	52	47	0	0
Vejle*	-	43	-	2
I alt	-	185	0	3

*LKO-Vejle har indsendt for hele 2025 i stedet for halvårligt

Af de 3 klinikker, som har afregnet ydelser uden at være tilmeldt ordningen, gælder følgende fordeling i typen af LKO-ydelser:

Tabel 10: Afregnede ydelser uden tilmelding til LKO i 2025

	Urinmikroskopi	Urindyrkning	Urinresistens
Ydelser afregnet uden tilmelding	0	1	1

**LKO-Vejle har noteret 2 klinikker, der har afregnet uden tilmelding, men ikke hvilke ydelser, det drejer sig om. De er derfor ikke inkluderet i tabellen.*

I de tilfælde hvor klinikker har afregnet mikrobiologiske LKO-ydelser uden tilmelding, er der oftest tale om en fejl, hvor klinikken i stedet skulle have afregnet ydelse 2133 – 'Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver'.

Kvalitets- og deltagelsessvigt

Ligesom for det biokemiske område stilles der både kvalitets- og deltagelseskrav til ydelserne under det mikrobiologiske område. Der udsendes prøver til analyse til klinikken to gange årligt for de mikrobiologiske ydelser, som klinikken foretager. Såfremt klinikken ikke opfylder kriterierne for antal tilfredsstillende analyser samt antal indsendte analyser over en 2-årig periode, opfylder klinikken ikke hhv. kvalitets- og/eller deltagelseskravene til at foretage ydelsen².

Flere almenmedicinske klinikker har ikke opfyldt hhv. kvalitets- og eller deltagelseskravene i 2025. Der gælder følgende fordeling i typen af ydelser samt antallet af klinikker i 2025:

Tabel 11: Antal klinikker, der ikke opfylder krav til ydelserne i 2025

	Urinmikroskopi	Urindyrkning	Urinresistens	Antal praksis
Antal klinikker, som ikke opfyldte kvalitetskrav*	7	12	2	25
Antal klinikker som ikke deltog i udsendelse af prøver**	1	3	3	6

** LKO-Vejle har noteret, at 5 klinikker ikke opfylder kvalitetskrav, men ikke hvilke ydelser det drejer sig om*

*** LKO-Vejle har noteret, at 2 klinikker ikke deltog i udsendelse af prøver, men ikke hvilke ydelser det drejer sig om*

Ligesom for det biokemisk område, udsender LKO handleplansbreve til de almenmedicinske klinikker såfremt de ikke opfylder kravene til hhv. kvalitet og deltagelse.

Ved resultater fra de sidste to års kvalitetsvurderinger (4 udsendelser), som er bedømt "mindre tilfredsstillende" og "ikke tilfredsstillende" udsendes handleplansbrev 1. Såfremt klinikken fortsat ikke opfylder kvalitetskravene udsendes handleplansbrev 2, hvor klinikken orienteres om, at de er indberettiget for kvalitetssvigt og skal opfylde en række krav, for at kunne fortsætte med at foretage ydelsen. Der henvises til Forretningsorden for Laboratoriekonsulentordningen v. 3 for uddybning af dette.

Der gælder samme procedurer, såfremt klinikken ikke deltager i de kontrolprøver, som LKO sender til dem til analyse.

Der er sendt følgende antal handleplansbreve til de almenmedicinske klinikker i 2025:

Tabel 12: Udsendte handleplansbreve til klinikker i 2025

	Urinmikroskopi	Urindyrkning	Urinresistens	Antal praksis
Kvalitetssvigt*				
Handleplansbrev trin 1	7	10	4	30
Handleplansbrev trin 2	4	1	0	5

² Vurderes ud fra publikationen fra Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Taktnævn; *Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 og Del 2.*

Deltagelsessvigt**				
Handleplansbrev trin 1	0	2	1	4
Handleplansbrev trin 2	0	1	1	1

* LKO-Vejle har noteret, at 13 praksis har modtaget handleplanstrin 1 for kvalitetssvigt, men angivet at det drejer sig om 10 breve for mikroskopi og 2 for resistens. Det sidste handleplansbrev er derfor ikke noteret i tabellen

** LKO-Vejle har noteret, at 2 praksis har modtaget handleplansbrev trin 1 for deltagelsessvigt, men ikke hvilke ydelser, det drejer sig om

Oversigt over antallet af almenmedicinske klinikker, der er indberettet for kvalitets- og/eller deltagelsessvigt i 2025

Hvis en almenmedicinsk klinik har hhv. kvalitets- eller deltagelsessvigt for en ydelse, skal de opfylde en række krav for at kunne fortsætte med at foretage ydelsen. For det biokemiske område gælder følgende:

1. Ved kvalitetssvigt skal klinikken indsende en tilfredsstillende analyse af de(n) ydelse(r), de har kvalitetssvigt på. Yderligere skal de have besøg af en laboratoriekonsulent samt indsende en tilfredsstillende redegørelse, der indeholder en beskrivelse af, hvilke tiltag de har gjort for at opfylde kvalitetskravene til ydelsen/ydelserne fremadrettet.
2. Samme krav gælder for deltagelsessvigt med undtagelse af, at klinikken ikke skal indsende en ny analyse.

For det mikrobiologiske område gælder samme krav med undtagelse af, at der ikke skal indsendes en tilfredsstillende analyse.

Følgende tabel 13 viser antallet af almenmedicinske klinikker, som er indberettet for hhv. kvalitets- og deltagelsessvigt for biokemiske ydelser i 2025.

Tabel 13: Antal klinikker, der er indberettet for hhv. kvalitets- og deltagelsessvigt for biokemiske ydelser i 2025

Deltagelsessvigt				
Hæmoglobin	Glucose	CRP	INR	Leucocytter
1	2	6	1	0
Kvalitetssvigt				
0	1	0	0	0

De almenmedicinske klinikker, som er indberettet for kvalitets- eller deltagelsessvigt af biokemiske ydelser, har alle opfyldt kravene for at kunne fortsætte med at foretage ydelserne i deres klinik.

Der er ingen almenmedicinske klinikker i 2024, som blev indberettet for kvalitets- eller deltagelsessvigt af LKO-ydelser på det biokemiske område.

Følgende tabel 14 viser antallet af almenmedicinske klinikker, som er indberettet for hhv. kvalitets- og deltagelsessvigt for mikrobiologiske ydelser i 2025.

Tabel 14: Antal klinikker, der er indberettet for hhv. kvalitets- og deltagelsessvigt for mikrobiologiske ydelser i 2025

Deltagelsessvigt		
Urinmikroskopi	Urindyrkning	Urinresistensbestemmelse
	1	1
Kvalitetssvigt		
3	1	0

En af de almenmedicinske klinikker der har haft kvalitetssvigt for urinmikroskopi er indberettet til Samarbejdsudvalget for almen praksis med indstilling om, at klinikken fratages muligheden for at foretage analysen i klinikken. Der foreligger ikke en afgørelse på tidspunktet for udarbejdelsen af denne afrapportering.

Til sammenligning var der 0 klinikker i 2024, som blev indberettet for deltagelsessvigt. For kvalitetssvigt var der 8 indberetninger for urinmikroskopi, 2 indberetninger for urindyrkning og 2 indberetninger for urinresistensbestemmelse. Heraf meddelte 5 klinikker, at de stoppede med at foretage den ydelse, de havde kvalitetssvigt på. De resterende klinikker opfyldte kravene til at fortsætte med at foretage ydelsen.

Oversigt over de enkelte LKO'ers statistikopgørelse

Det biokemiske område

	7108 Hæmoglobin	7136 Glucose	7120 CRP	7126 INR	7115 Leukocytter	Antal praksis	Kommentarer
Hvor mange apparater i Almen Praksis deltager i BIOKAP pr. analyse?	128	59	101	39	27	55	
Hvor mange Almen Praksis afregner ydelser uden at deltage i BIOKAP?	0	0	0	0	0	0	
Deltagelse - Hvor mange apparater i almen praksis er der indsendt < 10 godkendte parallelkontroller på.	0	0	0	0	0	0	
Antal CRP-apparater i Almen Praksis, hvor der ikke er indsendt mindst 6 godkendte CRP-parallelkontroller > 15 mg/L			6			3	
Antal ikke tilfredsstillende parallelkontroller (selvom den er efterfulgt af en grøn) (Trin 1 Kvalitetssvigt/røde parallelkontroller)	24	37	9	4	1	35	

Antal Trin 2 kvalitetssvigt handlebreve sendt	0
Antal Trin 3 kvalitetssvigt handlebreve sendt	0

Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt	0
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt	0
Antal Trin 3 deltagelsessvigt breve sendt	0
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller pr. apparat pr. halvår'	0
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller pr. apparat pr. halvår' x 2'	0
CRP Handlebreve	
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår'	3
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår' x 2	0

	Besøgte praksis	Antal Praksis
Antal praksisbesøg:	50	55

OUI-Svendborg

Arstali: 2025

	7108 Hæmoglobin	7136 Glucose	7120 CRP	7126 INR	7115 Leukocytter	Antal praksis	Kommentarer
Hvor mange apparater i Almen Praksis deltager i BLOKAP pr. analyse?	78	43	63	26	8	41	
Hvor mange Almen Praksis afregner ydelser uden at deltage i BLOKAP?	0	0	0	0	0	0	
Deltagelse - Hvor mange apparater i almen praksis er der indsendt < 10 godkendte parallelkontroller på.	6	8	4	4	1	10	
Antal CRP-apparater i Almen Praksis, hvor der ikke er indsendt mindst 6 godkendte CRP-parallelkontroller > 15 mg/L			4			3	
Antal ikke tilfredsstillende parallelkontroller (selvom den er efterfulgt af en grøn) (Trin 1 Kvalitetssvigt/røde parallelkontroller)	16	40	9	1	7	26	

Antal Trin 2 kvalitetssvigt handlebreve sendt	2
Antal Trin 3 kvalitetssvigt handlebreve sendt	
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt	55
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt	1
Antal Trin 3 deltagelsessvigt breve sendt	

Antal Trin 1 deltagessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller pr. apparat pr. halvår'	2
Antal Trin 2 deltagessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller pr. apparat pr. halvår' x 2'	1
CRP Handlebreve	
Antal Trin 1 deltagessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår'	1
Antal Trin 2 deltagessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår' x 2	0

	Besøgte praksis	Antal Praksis
Antal praksisbesøg:	41	41

SLB-Kolding

Årstal: 2025

	7108 Hæmoglobin	7136 Glucose	7120 CRP	7126 INR	7115 Leukocyter	Antal praksis	Kommentarer
Hvor mange apparater i Almen Praksis delager i BLOKAP pr. analyse?	76	47	74	20	17	41	
Hvor mange Almen Praksis afregner ydelser uden at delage i BLOKAP?	0	2	0	1	0	3	
Delagelse - Hvor mange apparater i almen praksis er der indsendt < 10 godkendte parallelkontroller på.	0	1	2	1	0	3	
Antal CRP-apparater i Almen Praksis, hvor der ikke er indsendt mindst 6 godkendte CRP-parallelkontroller > 15 mg/L			7			7	
Antal ikke tilfredsstillende parallelkontroller (selvom den er efterfulgt af en grøn)	18	72	24	4	10	31	
(Trin 1 Kvalitetssvigt/røde parallelkontroller)							

Antal Trin 2 kvalitetssvigt handlebreve sendt	14
Antal Trin 3 kvalitetssvigt handlebreve sendt	0
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt	70
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt	5
Antal Trin 3 deltagelsessvigt breve sendt	0
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller pr. apparat pr. halvår'	6

Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller pr. apparat pr. halvår' x 2'	1
CRP Handlebreve	
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår'	6
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår' x 2	8

	Besøgte praksis	Antal Praksis
Antal praksisbesøg:	41	41

SLB-Vejle

Årstal: 2025

	7108 Hæmoglobin	7136 Glucose	7120 CRP	7126 INR	7115 Leukocyter	Antal praksis	Kommentarer
Hvor mange apparater i Almen Praksis delager i BLOKAP pr. analyse?	47	25	44	15	9	27	
Hvor mange Almen Praksis afegner ydelser uden at deltage i BLOKAP?	0	0	0	0	1	1	antal ydelser givet: 1
Delegation - Hvor mange apparater i almen praksis er der indsendt < 10 godkendte parallelkontroller på.	0	1	0	0	0	1	
Antal CRP-apparater i Almen Praksis, hvor der ikke er indsendt mindst 6 godkendte CRP-parallelkontroller > 15 mg/L			1			1	
Antal ikke udfærdigede parallelkontroller (selvom den er efterfulgt af en grøn) (Trin 1 Kvalitetssvigt/høde parallelkontroller)	21	25	11	6	1	21	

Antal Trin 2 kvalitetssvigt handlebreve sendt	9
Antal Trin 3 kvalitetssvigt handlebreve sendt	0
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt	41
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt	0
Antal Trin 3 deltagelsessvigt breve sendt	0
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller pr. apparat pr. halvår'	2

Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller pr. apparat pr. halvår' x 2'	0
CRP Handlebreve	
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår'	1
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår' x 2	0

	Besøgte praksis	Antal Praksis
Antal praksisbesøg:	27	27

	7108 Hæmoglobin	7136 Glucose	7120 CRP	7126 INR	7115 Leukocyttar	Antal praksis	Kommentarer
Hvor mange apparater i Almen Praksis deltager i BIOKAP pr. analyse?	159	105	174	68	28	94	
Hvor mange Almen Praksis afregner ydelser uden at deltage i BIOKAP?	0	0	0	1	0	1	
Deltagelse - Hvor mange apparater i almen praksis er der indsendt < 10 godkendte parallelkontroller på.	0	3	2		1	4	
Antal CRP-apparater i Almen Praksis, hvor der ikke er indsendt mindst 6 godkendte CRP-parallelkontroller > 15 mg/L			5			5	
Antal ikke tilfredsstillende parallelkontroller (selvom den er efterfulgt af en grøn) (Trin 1 Kvalitetssvigt/røde parallelkontroller)	32	89	21	11	10	67	

Antal Trin 2 kvalitetssvigt handlebreve sendt	14
Antal Trin 3 kvalitetssvigt handlebreve sendt	1
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt	35

Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt	3
Antal Trin 3 deltagelsessvigt breve sendt	1
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller pr. apparat pr. halvår'	5
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller pr. apparat pr. halvår' x 2'	0
CRP Handlebreve	
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår'	5
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår' x 2	2

Besøgte praksis	Antal Praksis
94	94
Antal praksisbesøg:	



	7108 Hæmoglobin	7136 Glucose	7120 CRP	7126 INR	7115 Leukocytter	Antal praksis	Kommentarer
Hvor mange apparater i Almen Praksis deltagere i BIOKAP pr. analyse?	132	71	108	50	32	66	
Hvor mange Almen Praksis afregner ydelser uden at deltage i BIOKAP?	2	5	0	2	1	9	
Deltagelse - Hvor mange apparater i almen praksis er der indsendt < 10 godkendte parallelkontroller på.	1	3	2	1	0	6	
Antal CRP-apparater i Almen Praksis, hvor der ikke er indsendt mindst 6 godkendte CRP-parallelkontroller > 15 mg/L			3			3	
Antal ikke tilfredsstillende parallelkontroller (selvom den er efterfulgt af en grøn) (Trin 1 Kvalitetssvigt/røde parallelkontroller)	23	53	23	7	2	37	

Antal Trin 2 kvalitetssvigt handlebreve sendt	
Antal Trin 3 kvalitetssvigt handlebreve sendt	
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt	77
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt	
Antal Trin 3 deltagelsessvigt breve sendt	
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller pr. apparat pr. halvår'	

Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 6 parallelkontroller' pr. apparat pr. halvår' x 2'	
CRP Handlebreve	
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår'	
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt 'Færre end 3 CRP parallelkontroller > 15 mg/L pr. apparat pr. halvår' x 2	

	Besøgte praksis	Antal Praksis
Antal praksisbesøg:	66	66

For det mikrobiologiske område

7122				7105				7189			
Urinmikroskopi				Urindyrkning				Urinresistens			
		1. Halvår	2. Halvår	1. Halvår	2. Halvår	1. Halvår	2. Halvår	1. Halvår	2. Halvår		
Antal Almen Praksis som er tilmeldt MIKAP		17	21	48	47	47	47	49	48		
Antal Almen Praksis der har modtaget ydelsen uden deltagelse i MIKAP		0	0	0	1*	0	1*	0	1*		
		Årligt		Årligt		Årligt		Årligt			
Antal tilmeldte Almen Praksis, som ikke opfylder kvalitetskrav enten i forår og/eller efterår		0		6		1		5			
Antal tilmeldte Almen Praksis som ikke deltog i enten forårs eller efterårs udsendelse		1		3		3		4			
Antal Trin 1 kvalitetssvigt breve sendt		0		4		1		4			
Antal Trin 2 kvalitetssvigt breve sendt		0		1		0		1			
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt		0		1		0		1			
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt		0		1		1		1			



Odense Universitetshospital - Odense

7122												7105				7189			
Urinnlægekopi						Urindyrkning				Urinresistens				Antal praksis				Kommentarer	
1. Halvår		2. Halvår		1. Halvår		2. Halvår		1. Halvår		2. Halvår		1. Halvår		2. Halvår		1. Halvår		2. Halvår	
Antal Almene Praksis som er tilmeldt MIKAP						86		82		50		50		50		98		94	
Antal Almene Praksis der har modtaget ydelsen uden deltagelse i MIKAP						0		0		0		1		1		0		1	
						Arligt		Arligt		Arligt		Arligt		Arligt		Arligt			
Antal tilmeldte Almene Praksis, som ikke opfylder kvalitetskrav enten i forår og/eller efterår						6				2				1				10	
Antal tilmeldte Almene Praksis som ikke deltog i enten forårs eller efterårs udsendelse						0				0				0				0	
Antal Trin 1 kvalitetssvigt breve sendt						6				2				1				8	
Antal Trin 2 kvalitetssvigt breve sendt						3				0				0				3	
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt						0				1				1				1	
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt						0				0				0				0	

SLB-Vejle



Årstal: 2025

28.01.2026

7122		7105	7189		
Urinnmikroskopi		Urindyrkning	Urinresistens	Antal praksis	Kommentarer
Antal Almen Praksis som er tilmeldt MIKAP	32	17	16	43	
Antal Almen Praksis der har modtaget ydelsen uden deltagelse i MIKAP				2	
Antal tilmeldte Almen Praksis, som ikke opfylder kvalitetskrav enten i forår og/eller efterår				5	
Antal tilmeldte Almen Praksis som ikke deltog i enten forårs eller efterårs udsendelse				2	
Antal Trin 1 kvalitetssvigt breve sendt				13 (10 mikroskopi)(2 resistens)	
Antal Trin 2 kvalitetssvigt breve sendt				1(mikroskopi)	
Antal Trin 1 deltagelsessvigt breve sendt				2	
Antal Trin 2 deltagelsessvigt breve sendt				0	

Bilag til pkt. 5

Bilag 1. Ydelsesudvikling inden for almen praksis 1. kvartal 2024 – 2026

Tabel 1. Ydelsesudvikling i hovedgrupper i dagtid i almen praksis 1. kvartal 2024-2026

	Antal ydelser			Udvikling		
	1. kvartal 2024	1. kvartal 2025	1. kvartal 2026	24/25	25/26	24/26
0101 - Konsultation	924.355	960.414	913.811	3,9%	-4,9%	-1,1%
0105 - E-mail konsultation	458.887	464.688	462.155	1,3%	-0,5%	0,7%
0120 - Aftalt specifik forebyggende indsats	68.299	75.185	81.683	10,1%	8,6%	19,6%
0125 - Videokonsultation	23.366	30.247	40.014	29,4%	32,3%	71,2%
0201 - Telefonkonsultation	346.728	295.026	260.148	-14,9%	-11,8%	-25,0%
0204 - Aftalt telefonkonsultation	10.409	7.872	9.230	-24,4%	17,3%	-11,3%
04 - Sygebesøg	23.692	24.808	26.468	4,7%	6,7%	11,7%
21 - Tillægsydelser	558.404	518.965	509.158	-7,1%	-1,9%	-8,8%
71 - Laboratorieydelser	449.001	446.000	403.569	-0,7%	-9,5%	-10,1%
Total	2.863.141	2.823.205	2.706.236	-1,4%	-4,1%	-5,5%

Tabel 2. Udvikling i kronikerydelser 1. kvartal 2024-2026

	Antal ydelser			Udvikling		
	1. kvartal 2024	1. kvartal 2025	1. kvartal 2026	24/25	25/26	24/26
0130 - Kronikerhonorar, årligt pr. patient med KOL	74.941	75.995	74.222	1,4%	-2,3%	-1,0%
0131 - Kronikerhonorar, årligt pr. patient med diabetes type 2	193.435	201.185	197.276	4,0%	-1,9%	2,0%
0132 - Kronikerhonorar, årligt pr. patient med diabetes type 2 og KOL	22.371	23.279	22.813	4,1%	-2,0%	2,0%
0133 - Kronikerhonorar, afslutningsydelse	383	672	536	75,5%	-20,2%	39,9%
Total	291.130	301.131	294.847	3,4%	-2,1%	1,3%

Tabel 3. Udvikling i sygebesøgsydelser i dagtid 1. kvartal 2024-2026

	Antal ydelser			Udvikling		
	1. kvartal 2024	1. kvartal 2025	1. kvartal 2026	24/25	25/26	24/26
0410 - Ikke-udført sygebesøg	6	6	5	0,0%	-16,7%	-16,7%
0411 - Sygebesøg indtil 4 km.	9.821	9.961	10.075	1,4%	1,1%	2,6%
0421 - Sygebesøg fra påbegyndt 5 km. indtil 8 km.	2.231	2.162	2.181	-3,1%	0,9%	-2,2%
0431 - Sygebesøg fra påbegyndt 9 km. indtil 12 km.	1.357	1.435	1.395	5,7%	-2,8%	2,8%
0441 - Sygebesøg fra påbegyndt 13 km. indtil 16 km.	519	530	570	2,1%	7,5%	9,8%
0451 - Sygebesøg fra påbegyndt 17 km. indtil 20 km.	228	212	293	-7,0%	38,2%	28,5%
0461 - Sygebesøg fra påbegyndt 21 km. og derudover	203	204	194	0,5%	-4,9%	-4,4%
0491 - Sygebesøg på ruten	9.333	10.304	11.760	10,4%	14,1%	26,0%
Total	23.698	24.814	26.473	4,7%	6,7%	11,7%

Tabel 4.1. Udvikling i kontaktydelser i lægevagten i 1. kvartal 2024-2026

	Antal ydelser			Udvikling		
	1. kvartal 2024	1. kvartal 2025	1. kvartal 2026	24/25	25/26	24/26
0101 - Konsultation	65.115	71.808	69.286	10,3%	-3,5%	6,4%
0471 - Besøg i vagttiden	6.838	7.086	7.637	3,6%	7,8%	11,7%
Telefonkonsultationsydelser	113.795	102.273	101.692	-10,1%	-0,6%	-10,6%
Videokonsultationsydelser	20.217	16.851	17.686	-16,6%	5,0%	-12,5%
Total	205.965	198.018	196.301	-3,9%	-0,9%	-4,7%

Tabel 4.2 - Ydelser udført af hjælpepersonale i vagttiden i lægevagten i 1. kvartal 2024-2026

	Antal ydelser		
	1. kvartal 2024	1. kvartal 2025	1. kvartal 2026
0101 - Konsultation	14.077	22.132	21.368
0301 - Telefonkonsultation i vagt	1	37	43
2104 - Blærekaterisation (ekskl. udgifter til kateter)	55	103	100
2105 - Fjernelse af fremmedlegeme(r) fra øje, øregang, næse og svælg	2	0	0
2107 - Fjernelse af fremmedlegeme under hud eller negl	1	1	0
2109 - Anlæggelse af mobiliserende bandage	21	5	5
2112 - Første behandling af større sår	36	33	30
2124 - Store udbredte læsioner og forbrændinger	0	0	1
2401 - Akutte tilfælde af sikr., omfatt. af EF-regl. og pers. omfat	68	84	96
2404 - Tillæg Ukraine	3	1	4
7101 - Urinundersøgelse ved stix	1.931	3.335	3.438
7108 - B-HÆMOGLOBIN (FOTOMETER)	453	625	746
7109 - Svælg-streptokok antigen	2.494	3.401	2.405
7120 - C-Reaktivt Protein (CRP)	11.829	17.544	16.725
7136 - B-GLUKOSE, FOTOMETER	270	371	393
7156 - Elektrokardiografi, inkl. præcordialafledninger	508	1.130	1.310
7175 - Svangerskabsreaktion, urinchoriondonatotropin	271	487	333
7183 - Lungefunktionsundersøgelse	1	0	0
Total	32.021	49.289	46.997

Tabel 5. Udvikling i udgifter til dagtidssydelsel i almen praksis i 1. kvartal 2024-2026 på landsplan

	Udgifter			Udvikling		
	1. kvartal 2024	1. kvartal 2025	1. kvartal 2026	24/25	25/26	24/26
Region Hovedstaden	445.280.641 kr.	481.896.896 kr.	472.923.388 kr.	8,2%	-1,9%	6,2%
Region Midtjylland	365.568.590 kr.	392.634.412 kr.	384.230.696 kr.	7,4%	-2,1%	5,1%
Region Nordjylland	162.321.893 kr.	172.543.881 kr.	171.823.054 kr.	6,3%	-0,4%	5,9%
Region Sjælland	209.790.796 kr.	222.723.498 kr.	219.234.757 kr.	6,2%	-1,6%	4,5%
Region Syddanmark	351.022.436 kr.	370.496.576 kr.	369.397.923 kr.	5,5%	-0,3%	5,2%
Total	1.533.984.355 kr.	1.640.295.262 kr.	1.617.609.818 kr.	6,9%	-1,4%	5,5%